

業務用冷蔵庫 仕様書

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 1 | 物件名称 | 業務用冷蔵庫 |
| 2 | 品質・形状・寸法 又は型式 | ホシザキ(株)「業務用冷蔵庫:HR-120A-ML(付属品:エバドレン蒸発装置)」、 または同等品(別紙の特記仕様書の仕様を満たすもの)とする。 指定した物品の同等品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに 沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入 札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外で の納品はできない。 * 当該物品の製造(販売)元及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ) |
| 3 | グリーン物品 の指定 | 指定しない |
| 4 | 数 量 (単価契約の場合 は予定数量) | 業務用冷蔵庫 1台 |
| 5 | 納入期限 | 平成30年9月28日まで |
| 6 | 納入場所 | 海老名市中河内1767番地 有馬浄水場本館2階微生物試験室 |
| 7 | 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・特記仕様書を参照のこと。 ・機器について、保証期間が1年以上あること。 ・納入場所までの輸送費、据付調整費、取扱説明等、本案件の物件が正常に 使用可能な状態となるまでの一切の費用を含むこと。 ・入札前に納入場所の現地確認を希望する場合は、事前に下記の担当まで連 絡し、日程調整を行うこと。 |
| 8 | 契約方法 | 総価契約 |
| 9 | 支払方法 | 一括払い |
| 10 | その他事項 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 |
| 11 | 連絡先 | 横須賀市上下水道局技術部浄水課有馬水質係 担当者 酒井和徳 電話046-238-1900 FAX046-238-1927 |

指示事項

| | |
|--------|---|
| グリーン物品 | 上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。 |
|--------|---|

業務用冷蔵庫 特記仕様書

1. 数量

業務用冷蔵庫 1台

2. 納入場所

横須賀市上下水道局有馬浄水場本館2階微生物試験室（海老名市中河内1767番地）

3. 納入期限

平成30年9月28日まで

4. 必要とする仕様

| | |
|-----|------------|
| 製品名 | ホシザキ業務用冷蔵庫 |
| 形名 | HR-120A-ML |

| | |
|------------|-----------------------------|
| 電源 | 単相 100V |
| 定格内容量 | 1050L程度 |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行800×高さ1910mm程度 |
| 内外装材質 | ステンレス製 |
| 庫内温度制御 | マイコン制御（デジタル温度表示） -6～12℃調節可能 |
| 除霜制御 | マイコン制御で自動で除霜可能 |
| 圧縮機 | インバーター制御 |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器 |
| 棚網 | 3セット（棚網6枚、棚網受け3本）+スノコ（2枚） |
| 製品質量 | 125kg程度 |
| 付属品(オプション) | エバドレン蒸発装置 |

5. その他

- ・搬入設置は受注者が行い、以下のことを考慮すること。
 - 有馬浄水場本館にはエレベーターがないこと。
 - 試験室入口が幅120cm×高さ200cmであること。
 - 既存機器（SANYO SRR-F1281SA）を指定場所に移動させた後、搬入設置すること。
- ・設置時に、機器の十分な取り扱い説明を職員へ行うこと。
- ・業務用冷蔵庫1台について、1年間以上の無料保証をすること。