

冷凍冷蔵庫 仕様書

1	物件名称	冷凍冷蔵庫
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙のとおり
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1式
5	納入期限	平成31年1月31日
6	納入場所	横須賀市日の出町2丁目14番地 横須賀市健康安全科学センター 3階
7	特記事項	(1)物品の搬入においては、建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと。万が一、破損等があった場合には、供給者の責任において復旧すること。 (2)本件には、納入場所までの運搬及び設置場所までの搬入費用、機器の据付費用を含むものとする。 (3)納入時期は、別途協議する。 (4)仕様書に基づき、参考物品として指定した機種以外の物品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。 * 当該物品の製造(販売)元及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市健康安全科学センター 理化学検査係 田中 宏治 TEL 046-822-4057

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

機能・性能	除霜制御方式	保冷库部: サイクルデフロスト+冷却機温度感知方式 (庫内温度の上昇を低減する設計であること)
		フリーザー部: 運転OFFによる自然溶解 (フリーザー部のみの運転を停止できること。および自動霜取り 機能がついていないこと、もしくはOFF設定にできること)
	温度表示	デジタル表示式(1℃単位)
	温度警報・ドア警報	ついていること
	錠前	シリンダー錠がついていること (2個以上)
	扉	保冷库部の扉にはガラス窓を標準装備すること
	停電時	停電復帰時に元の設定温度にて動作するようにメモリバックアップ機能を標準装備すること
	庫内温度制御範囲 (周囲温度-5℃~+30℃)	保冷库部 2℃~10℃程度の制御ができること フリーザー部 -20℃~-30℃の制御ができること
規格	外形寸法	幅900mm以下、奥行き750mm以下、高さ2000mm以下であること
	有効内容量	保冷库部 400L以上、フリーザー部 170L以上
	電源	単相100V 50Hzで動作可能なこと
	質量	180kg以下であること
その他	メーカー	国内で一般的に流通しているメーカー製であること
	メンテナンス・修理	国内対応であること
	メーカー保証期間	納入後1年以上であること
参考物品	メーカー: PHC 型 式: MPR-715F-PJ 外形寸法: 900×715×1910(mm) 内容量: 保冷库部415L、フリーザー部176L	