

<物 件>

冷蔵庫(追浜水質) 仕様書

1	物件名称	冷蔵庫
2	品質・形状・寸法又は型式	「PHC株式会社製 MPR-504H-PJ 一式」、または同等品以上の製品であること（別紙「特記仕様書」参照）。 同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1式
5	納入期限	平成30年12月7日
6	納入場所	横須賀市浦郷町5-2931 追浜浄化センター
7	特記事項	1)納入場所までの輸送費、据付調整費等当該製品が使用可能になるまでの全ての費用を含むこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 追浜水質係 担当者 滝野 草平 電話 046-865-3321 FAX 046-865-3343

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

別紙 冷蔵庫(追浜水質)特記仕様書

仕様書に示す「同等品」とは、PHC株式会社製 MPR-504H-PJの性能に準じた下表の仕様を満たすものとする。

表 要求仕様一覧

温度制御範囲	2℃～14℃(周囲温度条件:-5℃～35℃)の範囲で制御できること
内容量	500L以上
外形寸法	850mm(W)×850mm(D)×2,000mm(H)以下
扉構造	<ol style="list-style-type: none">1 内部確認用遮光ガラス窓(断熱効果のある3重ガラス)が装備されていること。2 自閉機構が装備されていること。3 施錠管理が可能なこと。4 ドア警報が装備されていること。
庫内部構造	<ol style="list-style-type: none">1 内装がステンレス鋼板であること。2 庫内の棚板が可変式であること。3 棚板材質が硬鋼線製PEコーティングであること。4 棚板が5枚以上あること。5 棚の耐荷重が50Kg/枚以上であること。6 測定孔が1か所以上あること。7 除霜制御機構が装備されていること。
電源	単相100V
重量	200Kg以下