

<物 件>

振とう機(下町水質) 仕様書

1	物件名称	振とう機(下町水質)
2	品質・形状・寸法 又は型式	<p>タイテック(株)製「SR-2DW(付属品等の内訳は別紙「振とう機内訳」のとおり)」、または同等以上の製品で別紙2「振とう機内訳2」の条件を満たすものとする。</p> <p>同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1式
5	納入期限	平成30年12月21日
6	納入場所	横須賀市三春町2-1 下町浄化センター
7	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・運搬、搬入、据付、当該製品及び付属装置が使用可能な状態となるまでの一切の費用を含むこと ・既存の振とう機と付属装置を引き取り、所有権が移譲した旨の証明書を提出すること <p>※既存の振とう機：(株)杉山元医理器製 VS-L、平成14年度購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保証期限が納入後1年以上あること ・取扱説明書が、日本語で表記されていること ・機器の取扱説明を十分に行うこと ・不具合や故障が発生した際、初期対応が1週間以内に可能であること ・入札前に納入場所の現地確認を希望する場合は、事前に下記の担当まで連絡し、日程調整を行うこと
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 南 TEL:046-823-7234

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。</p> <p>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

振とう機内訳

以下の物品を併せて納入すること。なお、これらに係る価格は入札金額に含むものとする。

品名	規格	数量	単位
振とう機本体	タイテック(株) SR-2DW	1	台
分液ロート振とう台	タイテック(株) HE-3W	2	台

振とう機内訳2

品名	仕様	
振とう機本体	振とう方式	往復振とう(縦専用)
	振とう速度	50~300r/min (速度表示機能付き)
	振幅	40mm
	許容負荷質量	約7.5kg(振とう台含む)×両面
	タイマー	ON-OFFタイマー(1分から24時間)
	外形寸法	410×760×500mm程度
	本体質量	57kg程度
	電源	AC100V・1.2A以下
分液ロート 振とう台	適用容器/架数	100ml~1L丸型分液ロート×3
		2L丸型分液ロート×2
		100ml~1L中管付丸型分液ロート×3
		2L中管付丸型分液ロート×2
		100ml~1Lスキーブ型分液ロート×3
その他	メンテナンス	特別な訓練・知識習得プログラムがなくとも日常点検等ができること。