

携帯型面速式流量計 仕様書

1	物件名称	携帯型面速式流量計
2	品質・形状・寸法又は型式	<p>1、日科機バイオス株式会社「2150断面流速流量モジュール」 2、ペンタフ株式会社「面速式流量計MS-PⅡ」 3、株式会社エヌケーエス「ポータブル面速式流量計Qty Logger VA」 上記の 1から3のいずれかの物品 又は 別紙の特記仕様書の条件を満たす同等品であること。</p> <p>別紙の特記仕様書の流量計性能仕様を満たす同等品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 * 当該物品の製造（販売）元及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し（仕様が明示された箇所のみ）</p>
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	<p>1セット (流量計本体 + 流速分布センサ・水位センサ + データ回収・設定ソフト) ※上記のソフトは、当局が使用しているパソコンにインストールを行うこと。 インストールにかかる費用は入札金額に含むこと。</p>
5	納入期限	平成31年1月31日
6	納入場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地(下水道管渠課)
7	特記事項	<p>①新品であること。 ②納入場所までの輸送費等、当該製品が使用可能状態となるまで必要な一切の費用を含むこと。 ③当該製品の取扱説明を十分に行うこと。 ④上記の「品質・形状・寸法又は型式」欄で指定した物品または同等品で納入するにあたっては、付属品(PC接続用ケーブル等)もあわせて納入すること。 また、その費用は本案件の入札金額に含むこと。</p>
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	上下水道局 技術部 下水道管渠課 宇佐美 亮介 電話822-8390

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

携帯型面速式流量計 特記仕様書

主仕様

- 本体 : 耐食、耐衝撃、防水性を備えていること。
- データ記録 : 0.5, 1, 2, 5, 15, 30, 60 分 間隔
- データ形式 : CSV テキストファイル形式
- 電源 : 乾電池 または 専用バッテリー
- ※電源が専用バッテリーのみの場合は、専用バッテリーを本体に取り付けた状態で納入すること。(専用バッテリーへの充電に専用機器が必要な場合は、それも併せて納入すること)

センサ仕様

- 流速分布センサ : 超音波ドップラー式
双方向計測、計測レンジ $\pm 0.01 \sim 5.0$ m/s、精度 $\pm 2\%$ F.S
ケーブル 10 m 以上
- 水位センサ : 圧力式
計測レンジ 0.0~3.0 m、精度 0.1% F.S
ケーブル 10 m 以上

データ回収・設定ソフト※データ回収・設定ソフトのインストールまで含む

- 対応言語 : ウィンドウズ 7、8、10 に対応
- 機能 : CSV テキストファイル出力、管断面・形状等の初期設定