

<物 件>

送風循環乾燥器仕様書

1	物件名称	送風循環乾燥器
2	品質・形状・寸法又は型式	以下①、②、③に示すものの性能に準じた、別紙特記仕様書を満たすもの。 ①アドバンテック東洋株式会社製「DRU600TC」②ヤマト科学株式会社製「DG800」③東京理化工機株式会社製「AWO-1001型」 指定した物品の同等品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 * 当該物品の製造(販売)元及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1台
5	納入期限	契約締結後60日間
6	納入場所	海老名市中河内1767番地 有馬浄水場2階水質試験室(エレベーターなし)
7	特記事項	・別紙、特記仕様書を参照のこと。 ・機器について、保証期間が1年以上あること。 ・納入場所までの輸送費、据付調整費等、当該製品が使用可能状態となるまでの必要な一切の費用を含むこと。 ・機器についての十分な取り扱い説明を局職員へ行うこと。 ・現在使用している送風循環乾燥器を指定する場所へ移動すること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部浄水課 有馬水質係 (海老名市中河内1767 有馬浄水場) 担当者 羽山 千那津 電話 046-238-1900 FAX 046-238-1927

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

別紙 送風循環乾燥器 特記仕様書

購入モデル機種の①アドバンテック東洋株式会社製「DRU600TC」②ヤマト科学株式会社製「DG800」③東京理化器械株式会社製「AWO-1001型」、または①、②、③の性能に準じた以下に示した仕様を満たすもの。

対流方式	自然対流式であること。
外形寸法	奥行:730mm以下 高さ:1620mm以下 幅:本体部分については、高さ900mmまでは、突起物を含む幅が675mm以下であること。ただし、扉部分については、突起物(蝶番や取っ手等)を含んだ幅が684mmを超える場合、担当者に事前に了解を得ること。
内形寸法	幅:610mm以上 奥行:600mm以上 高さ:1190mm以上であること。
質量	120kg以下であること。
内容積	440L以上であること。
性能	使用温度範囲:室温+10℃~70℃で運転可能であること。
温度上昇時間	約30分 室温→70℃程度
安全装置	自己診断機能、独立過熱防止機能、過電流付き漏電ブレーカーが装備されていること。
運転形態	定値運転、オートストップ運転が可能であること。
電源	AC100V 15A以下 50/60Hz (既設のコンセントに接続可能な電源プラグを準備すること。)
その他	内装や外装など、錆びにくい材質を使用していること。 棚板は3枚以上付属していること。 幅250mm×高さ700mm以上の観察窓があること。