

<物 件>

超音波洗浄器(西水質) 仕様書

1	物件名称	超音波洗浄器
2	品質・形状・寸法又は型式	株式会社エスエヌディー社製「US-75KS(A)」,または別紙仕様書2の性能を満たすもの。 同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	一式
5	納入期限	平成30年12月28日
6	納入場所	横須賀市長坂2丁目2番2号 西浄化センター
7	特記事項	1 納入場所までの輸送費、据付調整費等当該製品が使用可能になるまでの全ての費用を含むこと。 2 現既存品(株)エスエヌディ社製US-75KS)を引き取ること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 西水質係 担当者 内藤 和則 電話&FAX 046-857-6596

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

## 別紙 超音波洗浄器 仕様書2

株式会社エスエヌディー社製「US-75KS(A)」、または以下の性能を満たすもの。

なお、アズワン(株)にて販売されている超音波洗浄器US-75KS(A)は株式会社エスエヌディーより納入されているため、エスエヌディー社製として扱うものとする。

槽容量	75L以上であること
付属品	洗浄カゴ、スノコ及び1.5m以上の排水ホースを含むこと。
槽内寸法間口(幅×奥行×高さ(mm))	750×400×300以上であること。
本体寸法(幅×奥行(mm))	900×600以下であること。
本体寸法(高さ(mm))	800以上900以下であること。
重量	80Kg以下であること。
電源	AC100V 15A 50/60Hz(電源プラグの形状は既設のコンセントに接続できること。)
高周波出力	最大出力が900W以上であり、出力調整ができること。
消費電力	1200W以下であること。
電源コード長さ	3m以上
材質	本体(SUS430)、スノコ、洗浄カゴ及び洗浄槽(SUS304)のステンレス製であること。
排水	自動または手動で槽内の排水を行えること。
タイマー	1分枚に設定が可能であり、設定可能時間が60分以上あること。
保護装置	漏電防止・過電流防止・過熱防止の機能を持つこと。 高周波ノイズフィルターの使用等、他の電子機器への影響が少ないこと。
その他	キャスターがついていること。