

<物 件>

乾熱滅菌器(西水質)他1件 仕様書

1	物件名称	乾熱滅菌器
2	品質・形状・寸法又は型式	(株)平山製作所製 DON-800MIVまたは同等品(「別紙特記仕様書」参照)以上のもの。 同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	2式
5	納入期限	平成30年12月21日
6	納入場所	横須賀市上下水道局技術部水再生課 西浄化センター 他1箇所 〔横須賀市長坂2丁目2号2番 西浄化センター 横須賀市浦郷町5丁目2931番地 追浜浄化センター〕
7	特記事項	1 納入場所までの輸送費、据付調整費等、当該製品が使用可能になるまでの全ての費用を含むこと。 2 機器の取扱説明を十分に行うこと。 3 製品の保証期間は設置後1年またはそれ以上とすること。 4 現存品を引き取ること。(平山製作所社製DON-800M 2台)
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 西水質係 担当者 内藤 和則 電話&FAX 046-857-6596

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

別紙 乾熱滅菌器 特記仕様書

1 仕様書に示す「同等品」とは、(株)平山製作所社製 DON-800MIVの性能に準じた表2の仕様を満たすものとする。

表1納入場所

納入場所	西浄化センター	追浜浄化センター
納入機種	(株)平山製作所社製DON-800MIV(若しくは同等品)	
納入台数	1	1

表2要求仕様一覧

要求仕様	西浄化センター	追浜浄化センター
外寸(W*D*Hmm)	1250×680×1700以内	
内寸(W*D*Hmm)	800×500×600以上	
容量(L)	240以上	
重量(kg)	120以下	
電源	単相AC100V、24A	
プラグ	3P引掛形プラグ	
内装材質	ステンレス(SUS443J1)	
制御方式	3桁デジタル設定・指示PID制御	
使用温度範囲(°C)	100以下～260以上	
温度分布精度	±5°C(at200°C)無負荷時以内	
タイマー	0～99時間59分以上	
対流方式	自然対流式	
安全装置	自動過昇防止機能・独立過昇防止装置・ヒーター断線検出・温度設定上下限設定・過電流・漏電ブレーカー・センサー異常検出機能	
棚板	2枚以上、棚受4本以上	

2 電気(配線)作業

表3電気(配線)作業

作業内容	西浄化センター	追浜浄化センター
メスプラグ取り付け		分電盤に接続されている配線に3P引掛形メスプラグ(納品される乾熱滅菌器に取り付けられているプラグの対になるもの)を取り付ける。