

<物 件>

増幅インキュベーターほか1件 仕様書

1	物件名称	増幅インキュベーターほか1件
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙詳細仕様書のとおり
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	No.1 増幅インキュベーター 1台 No.2 遠心分離器 2台
5	納入期限	平成31年2月28日
6	納入場所	横須賀市日の出町2丁目14番地 横須賀市健康安全科学センター 2階
7	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙詳細仕様書に適合する機種を納入のこと。 ・本件には、運搬・搬入・据付費用を含むものとする。 ・納入日は事前に連絡・調整を行うこと。 ・物品の搬入においては、エレベータの使用が可能である。また建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと。万が一、破損等があった場合には、業者の責任において復旧すること。 ・別紙詳細仕様書に基づき、参考物品として指定した機種(No.1はTaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Touch またはT100™ サーマルサイクラー、No.2はプチまる8またはチビタン-R)以外の物品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、期限までに電子入札システムで送付して承認を得ること。送付又は承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。 * 当該物品の製造先及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納品後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市健康安全科学センター 微生物・臨床検査係 長澤 由美子 TEL 046-822-4057 FAX 046-822-5540

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。</p> <p>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

購入物件内訳書

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の有 無	単位	数量	単価(円)
1	増幅インキュベーター	別紙詳細仕様書のとおり	無	台	1	
2	遠心分離器	別紙詳細仕様書のとおり	無	台	2	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

別紙詳細仕様書

No.1増幅インキュベーター

仕様	外形寸法	260(W)×470(D)×230(H)mm以内
	重量	9kg以内
	電源	AC100V、50/60Hz
	サンプル容量	0.2 mlシングルチューブ×96本、0.2 ml 8連チューブ×12本、または96穴プレート1枚
	温度範囲	4～99°Cまたは4～100°C
	温度制度	±0.5°C
	温度均一性	±0.5°C
	ディスプレイ	カラータッチパネル
	保存プログラム数	500以上
	その他	グラジエント機能があること。 国内で一般的に流通しているメーカーであること。 修理が国内対応であること。 取り扱い説明書が日本語で記載してあること。
参考物品1	メーカー	タカラバイオ株式会社
	型式	TP350
	品名	TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Touch
参考物品2	メーカー	バイオラッド ラボラトリーズ株式会社
	型式	1861096J1
	品名	T100™ サーマルサイクラー

No.2遠心分離器

仕様	外形寸法	160(W)×185(D)×130(H)mm以内
	重量	0.8kg以内
	電源	AC100V、50/60Hz
	サンプル容量	1.5(2.0)mL×6本以上
	回転数	6000rpm以上
	その他	国内で一般的に流通しているメーカーであること。 修理が国内対応であること。 取り扱い説明書が日本語で記載してあること。
参考物品1	メーカー	ワケンビーテック株式会社
	型式	WKN-2322
	品名	プチまる8
参考物品2	メーカー	メルク
	型式	XX42CFORT
	品名	チビタン-R