

<物 件>

ピペット自動洗浄機(西水質) 仕様書

1	物件名称	ピペット自動洗浄機(西水質)
2	品質・形状・寸法 又は型式	シャープ製「超音波ピペット洗浄器UT-55」、またはヤマト科学製「超音波ピペット洗浄器AW31」 あるいは同等以上の製品で別紙「ピペット自動洗浄機(西水質)要求仕様書」の条件を満たすもの。 同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	2台
5	納入期限	平成31年3月15日
6	納入場所	横須賀市長坂2丁目2番2号 西浄化センター
7	特記事項	1 納入場所までの輸送費, 据付調整費等, 当該製品が使用可能になるまでの全ての費用を含むこと。 2 機器の取扱説明を十分に行うこと。 3 既存品(シャープ製「UT-55」)2台を引き取ること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後, 一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は, 別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 西水質係 藤田 TEL 046(857)6596

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は, 横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し, 納品すること。 方針については, 本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	--

ピペット自動洗浄機(西水質)要求仕様書

仕様書「2.品質・形状・寸法又は型式」における同等以上の製品とは、次の条件を満たすものとする。

項目	仕様
モデル機種	超音波ピペット洗浄器UT-55(シャープ製) または 超音波ピペット洗浄器AW31(ヤマト科学製)
外寸	幅400mm未満×奥行き450mm未満×高さ900mm未満
乾燥重量	20kg未満
本体材質	SUS304または同等以上の強度、耐蝕性を有するもの
電源	単層100V 15A 50Hz (100V、15Aブレーカ)
高周波出力	50W以上
洗浄槽内寸	φ150mm以上×高さ600mm以上
洗浄槽材質	透明PVCまたは同等以上の耐水性、強度、耐久性を有するもの
容量	10L以上
使用可能洗浄剤	中性洗浄剤または専用洗剤(M-250L、M-251L)
洗浄機構	ピペット収納バスケットが水流により旋回できること 給水口に直結でき、洗浄剤による超音波洗浄と水道水によるすすぎ洗浄ができること
超音波振動子	28kHz
その他付属品	ピペット収容専用バスケット 1個 給水ホース、排水ホース、手押しポンプ等