

仕様書

1	件名	人工呼吸器	
2	機種名	ドレーゲル・メディカルジャパン（株） 人工呼吸器 Evita Infinity V300	
3	構成内容	<p>ドレーゲル・メディカルジャパン（株）</p> <p>人工呼吸器 Evita Infinity V300 3</p> <p><内訳></p> <p>Evita Infinity V300本体 3</p> <p>（拡張機能として以下を含む）</p> <p>ATC 3</p> <p>AutoFlow/VG 3</p> <p>PC-APRV 3</p> <p>PC-PSV 3</p> <p>VC-MMV 3</p> <p>NIV Plus 3</p> <p>C02カプノプラス 3</p> <p>Neonatal Ventilation 3</p> <p>Monitoring Plus 3</p> <p>Smart Pulmonary View 3</p> <p>トロリー（標準レール/レールブラケット付） 8416189 3</p> <p>呼吸回路ホルダー MP00690 3</p> <p>テスト肺 MP02400 3</p> <p>耐圧ホース 5m（02:MV07029, Air:MV07025） 3</p> <p>MR850加温加湿器ディスプレイダブルセット MV07068 3</p> <p>PS500（外部バッテリー） OPC6137 3</p> <p>（以下余白）</p>	
4	納入場所	横須賀市上町2-36 横須賀市立うわまち病院	
5	納入期限	平成31年3月20日	
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・搬入設置にあたっては病院担当者の指示に従うこと。 ・納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。 ・納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 ・引き取り物品なし。 	
7	契約方法	総価契約	
8	支払方法	一括払い	
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。	
10	連絡先	横須賀市健康部地域医療推進課 石井 電話：046-822-4346	