

遠心分離器 仕様書

1	物件名称	遠心分離器
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙購入物件詳細仕様書のとおり。
3	グリーン物品の指定	指定しない。
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1台
5	納入期限	平成31年3月8日
6	納入場所	横須賀市日の出町2丁目14番地 横須賀市健康安全科学センター 2階
7	特記事項	<p>(1)物品の搬入においては、エレベータの使用が可能である。また、建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと。万が一、破損等があった場合には、供給者の責任において復旧すること。</p> <p>(2)本件には、納入場所までの運搬及び設置場所までの搬入費用、機器の据付費用を含むものとする。</p> <p>(3)納入時期は、別途協議する。</p> <p>(4)別紙購入物件詳細仕様書の仕様に基づき、参考物品として指定した物品の同等品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納品後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市健康安全科学センター 微生物・臨床検査係 山口純子 TEL 046-822-4057 FAX 046-822-5540

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。</p> <p>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

遠心分離器購入物件詳細仕様書

機能	最高回転数	15,000rpm以上	
	最大遠心加速度	20,130G以上	
	温度設定範囲	4°Cの冷却機能から室温を保持できる機能があること	
	表示方式	デジタル表示	
	安全装置	回転数異常検出	
		温度異常検出	
ローター判別			
異常時モーター電流遮断			
アンバランス検出			
規格	本体外形寸法	500(W)×650(D)×850(H) mm 以内	
	電源	単相100V 15A以下 50Hzで動作可能なこと	
	本体重量	150kg以下であること	
その他	メンテナンス・修理	国内対応であること	
	取扱説明書	日本語で記載してあること	
	メーカー保証期間	納入後1年以上であること	
付属品*	ラック・イン・ローター	数量 1	セットに工具が不要であること
	ローターラック 2ml × 24本	数量 3	1.5mlもしくは2.0mlチューブを一度に72本以上遠心できること
	ローターラック 5ml × 12本	数量 1	5mlチューブを一度に12本以上遠心できること
	ローターラック 15ml・50ml × 4本	数量 1	15mlおよび50mlチューブを一度に4本以上遠心できること
参考物品	メーカー: 株式会社 トミー精工 型 式: MDX-310 (*付属品: ラック・イン・ローター、ローターラック3種類) 外形寸法: 幅(W)341 × 奥行き(D)491 × 高さ(H)823(mm)		