

採血業務支援システム RInCS 一式 仕様書

1	件名	採血業務支援システム RInCS 一式	
2	機種名	別紙「特記仕様書」のとおり	
3	構成内容	別紙「特記仕様書」のとおり	
4	納入場所	横須賀市長坂1丁目3番2号 横須賀市立市民病院	
5	納入期限	平成 31 年 3月 15 日	
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 納入場所までの輸送費、取付調整費等、当該物品が正常に使用可能になるまでの一切の費用を含むこと。 ▪ 現有の採血業務支援システム一式の撤去をすること。 ▪ 物品の運搬にあたっては、市民病院担当者の指示に従うこと。 ▪ 納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 	
7	契約方法	総価契約	
8	支払方法	一括払い	
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。	
10	連絡先	横須賀市健康部地域医療推進課 石井 電話:046-822-4346	

採血業務支援システム RInCS 一式 特記仕様書

1	件名	採血業務支援システム RInCS 一式		
2	機種名	採血業務支援システム RInCS 小林クリエイト株式会社		
3	構成内容	採血業務支援システム RInCS 一式		
		【内訳】	【形式または必要スペック】	【数量】
		1 RInCS システムサーバー機	Windows2016以上、CPU Xeon以上 メモリ8GB以上、RAID5以上	1台
		2 採血管準備装置	i-pres fine(12管種)	1台
		3 メイン/受付システム・機器	YH-1	1式
		・受付用PC(クライアント)	EPSON ST190E	1台
		・受付用ディスプレイ	21.5インチ以上、ワイド、タッチ入力可、 フルHD、DVI/VGA/HDMIのいずれかに対応 スピーカー不要	1台
		・バーコードスキャナー	NW-7、CODE128読取対応	1台
		・整理券発行プリンタ	ip-66	1台
		4 呼出・照合システム・機器	YH-2	1式
		・採血台PC(クライアント)	EPSON ST190E	5台
		・照合用操作ディスプレイ	10.4インチ以上、スクエア、タッチ入力可、 1024×768、DVI/VGAのいずれかに対応 スピーカー不要	5台
		・整理番号表示ディスプレイ	17インチ以上、スクエア、タッチ入力不要、 1280×1024、DVI/VGAのいずれかに対応 スピーカー有	5台
		・バーコードスキャナー	NW-7、CODE128読取対応	5台
		5 外待ち表示システム・機器	YH-3	1式
		・表示制御PC(クライアント)	EPSON ST190E	1台
		・外待ち表示ディスプレイ	31.5インチ以上、ワイド、タッチ入力不要、 フルHD、VGA/HDMIのいずれかに対応 スピーカー有	2台