

<物 件>

黒球式熱中症指数計 仕様書

1	物件名称	黒球式熱中症指数計
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙「仕様書」のとおり
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	黒球式熱中症指数計 74台
5	納入期限	2019年5月31日
6	納入場所	学校教育部保健体育課 (横須賀市小川町11番地)
7	特記事項	(1)仕様書に基づき、参考物品として指定した機種以外の物品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。 * 当該物品の製造(販売)元及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市教育委員会事務局学校教育部保健体育課 浅倉・高橋 TEL.046-822-8486

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

購入物件内訳書

(税抜)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の有 無	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)
1	黒球式熱中症指数計	別紙「仕様書」のとおり	なし	台	74		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

黒球式熱中症指数計 仕様書

1 品名及び数量

黒球式熱中症指数計 74 台

2 仕様

- (1) 「JIS B 7922」準拠品であること
- (2) 熱中症予防指針は、日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver. 3」によるものであること
- (3) WBGT 値 20℃以上の場合、4段階の危険度（危険、嚴重警戒、警戒、注意）に応じて注意を知らせるアラーム機能があること
- (4) WBGT 値、温度、湿度を数値で表示する機能があること
- (5) 容易に携帯できるものであること
- (6) 次の付属品を備えていること（1台当たり）
 - ア 電池
 - イ 首下げ用器具
 - ウ 腰下げ用器具
 - エ 三脚取付用器具
- (7) 下記参考物品と同等以上であること

3 参考物品

品名	品番	メーカー
黒球式熱中症指数計熱中アラーム	TT-562	タニタ

4 納入場所

横須賀市教育委員会事務局学校教育部保健体育課

5 納入期限

2019年5月31日

6 その他

- (1) 受注者は、保健体育課と打ち合わせのうえ、その指示に従うこと
- (2) 機器の使用方法を明記した説明書等を各々に同封すること
- (3) 受注者は、納入後、横須賀市立学校からの管理及び使用方法などの問い合わせに対応すること
- (4) 不良品があった場合は速やかに現品を交換すること
- (5) 本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じる事項については、保健体育課と協議すること

連絡先 横須賀市教育委員会事務局学校教育部保健体育課保健係
TEL 046-822-8486
FAX 046-822-6849