

ふ卵器 仕様書

1	物件名称	ふ卵器
2	品質・形状・寸法又は型式	PHC社製「MIR-254-PJ」、または同等品以上の製品であり、かつ仕様書2の条件を満たすもの。 同等品での納品を希望する場合は、質問の期限までに以下の書類をFAX(財政部契約課FAX番号:046-828-3839)にて送信し、承認を得ること。送信又は承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1台
5	納入期限	令和元年9月13日
6	納入場所	長坂2丁目2番2号 西浄化センター
7	特記事項	納入場所までの輸送費、据付調整費等当該製品が使用可能になるまでの全ての費用を含むこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	上下水道局技術部水再生課 内藤 TEL046-857-6596

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

別紙 仕様書2

PHC社製「MIR-254-PJ」の性能に準じた以下に示した仕様を満たすもの。

外寸	W700mm以内 × D600mm以内 × H1700mm以内
有効容量	有効容量238L以上
製品質量	製品質量108Kg以内
電圧、制御	単相100V
温度設定	-10～60℃が可能で12ステップ1～99回繰返し 又は連続繰返しの10プログラム記憶可能なこと。
冷却加熱方式	強制循環式であること。
内装	ステンレス鋼板であること。
その他	扉は塗装鋼板(熱線吸収3重ガラス)