

<物 件>

湯煎器(追浜水質) 仕様書

1	物件名称	湯煎器
2	品質・形状・寸法 又は型式	株式会社スギヤマゲン製「COD-15ELS」、または同等以上の製品で特記仕様書の条件を満たすもの。  同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	一式
5	納入期限	令和元年9月20日
6	納入場所	横須賀市浦郷町5-2931 追浜浄化センター
7	特記事項	1 納入場所までの輸送費, 据付調整費等, 当該製品が使用可能になるまでの全ての費用を含むこと。 2 機器の取扱説明を十分に行うこと。 3 既存の湯煎器(スギヤマゲン製 COD-15EL)を引き取ること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 追浜水質係 宮内 大輔 電話 046-865-3321 FAX 046-865-3343

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

## 湯煎器(追浜水質) 特記仕様書

株式会社スギヤマゲン製COD測定バス「COD-15ELS」、またはこの「COD-15ELS」の性能に準じた以下の使用を満たすもの。

仕様	
架台寸法(mm)	W740×D480×H410 と同程度であること
外寸(mm)	W740×D480×H580 以内であること
加熱方式	電気加熱方式
性能	沸騰状態までの加熱、および温度調節が可能であること
電源	単相 100V 36A 50Hz
	プラグ(アメリカン電機株式会社製R532)付き、コード4m
その他	①最大外径90mmの300mL三角フラスコが、同時に15以上設置できること ②空焚き防止機能がついていること ③恒温槽としても使用可能であること