

<物 件>

携帯式精密濁度計 仕様書

1	物件名称	携帯式精密濁度計
2	品質・形状・寸法又は型式	「ミクニキカイMILPA-TH」製品の性能に準じた、別紙特記仕様書の要件を満たすもの。なお、上記以外の機種を納入する場合は、事前に担当者の了解を取ること。
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1台
5	納入期限	令和元年12月20日(金)
6	納入場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地
7	特記事項	納入場所までの輸送費、据付調整費、PSL校正費、取扱説明等、当該製品が使用可能状態となるまでの必要な一切の費用を含むこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部浄水課水質検査係 担当者 高嶋 紳吾 電話046-822-7898 FAX046-822-7894

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物品 指定の有無	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)
1	携帯式精密濁度計	別紙仕様書のとおり	無	式	1		

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

携帯式精密濁度計特記仕様書

測定方式	粒子数計測法(半導体レーザーによる干渉縞カウント方式)
測定範囲	0.0000～2.0000
測定単位	度、NTUの選択が可能であること
測定時間	6秒、1分、10分の選択が可能であること
測定精度	0.01度のときの誤差が5%以内であること
試料液条件	測定流量:50ml/min 圧力:0.3MPa以下 温度:10～40℃程度
表示方式	少なくとも、エラー、アラーム、スケールオーバーの表示があること
内蔵機能	プリンタとポンプが内蔵されていること
電 源	AC100±10V 50/60Hz
消費電力	30VA以下であること
外形寸法	幅 230×奥行き 385×高さ 200(mm)以下であること
重 量	7.0kg以下であること