

<物 件>

硫化水素測定器 仕様書

1	物件名称	硫化水素測定器
2	品質・形状・寸法又は型式	株式会社ガステック社製「下水道施設管理用拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT」(標準付属品を含む)又は同等品以上の製品であること(別紙「特記仕様書」参照)。 同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	2台(測定範囲0~100ppm、0~500ppm各1台)
5	納入期限	令和元年(2019年)12月27日
6	納入場所	横須賀市三春町2丁目1番地 下町浄化センター
7	特記事項	製品の保証期間は納品後1年又はそれ以上とすること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 穂本 星矢 電話 046-823-6414

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

購入物件内訳書

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の有 無	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	硫化水素測定器	別紙「特記仕様書」参照	無	台	1		
2	硫化水素測定器	別紙「特記仕様書」参照	無	台	1		

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

硫化水素測定器特記仕様書

1 仕様書に示す「同等品」とは、株式会社ガステック社製「下水道施設管理用拡散式硫化水素測定器(GHS-8AT型)」(標準付属品を含む)の性能に準じた表1の仕様を満たすものとする。

表1 要求仕様一覧

外形寸法(φ×H)	φ89×148mm程度	
本体重量	390g程度	
電源	単三形アルカリ乾電池(2本)	
使用周囲温度	0~40℃	
対象ガス	硫化水素ガス	
採気方式	拡散式	
ガスの測定原理と性能	硫化水素ガス	
測定原理	定電位電解式	
測定範囲	0~100ppm	0~500ppm
最小分解能	1ppm	
指示精度	F.Sの±5%	
ロギングデータ数	45960個	
サンプリング間隔	1分、5分、10分、15分、30分、60分	
その他	製品出荷時の装置検査済み証明書が提出可能なこと 見積りには交通費を含むこと 防水・防食構造で水に浮かぶ設計であること 測定値は瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択できること 1分ロギング間隔で31日間のデータが記録可能なこと 本体とパソコンをUSBケーブルで接続でき、ロギングデータをパソコンに読み込めること	

2 納入の際は、表2に示す物品を付属品として併せて納入すること。この物品の価格は入札金額に含むものとする。

表2 付属品一覧

付属品一式	(1)株式会社ガステック社製「下水道施設管理用拡散式硫化水素測定器(GHS-8AT型)」を納入する場合		
	センサ、吊り下げ用紐(5m)、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3アルカリ電池、センサフィルタ、専用ソフトCD-ROM、USBケーブル、取扱説明書	2式	標準付属品
	(2)株式会社ガステック社製「拡散式硫化水素測定器(GHS-8AT型)」以外を納入する場合		
(1)に示す付属品と同等の付属品を納入すること。			