

< 物 件 >

滅菌器 2件 仕様書

1	物件名称	滅菌器
2	品質・形状・寸法 又は型式	平山製作所製「HA-300MIV」またはアドバンテック東洋製「STS306FA」(付属品等の内訳は別紙「滅菌器内訳等」のとおり)、あるいは同等以上の製品で別紙2「滅菌器2件 内訳2」の条件を満たすものとする。 同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	2件
5	納入期限	令和2年11月30日
6	納入場所	横須賀市浦郷町5-2931 追浜浄化センター他1か所 (横須賀市浦郷町5-2931 追浜浄化センター 横須賀市長坂2-2-2 西浄化センター)
7	特記事項	・運搬、搬入、据付、当該製品及び付属装置が使用可能な状態となるまでの一切の費用を含むこと ・既存の滅菌器(別紙「滅菌器 2件 内訳等」参照)を引き取り、所有権が移譲した旨の証明書を提出すること ・保証期限が納入後1年以上あること ・取扱説明書が、日本語で表記されていること ・機器の取扱説明を十分に行うこと ・不具合や故障が発生した際、初期対応が1週間以内に可能であること ・入札前に納入場所の現地確認を希望する場合は、事前に下記の担当まで連絡し、日程調整を行うこと
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 藤田 TEL:046-865-3321

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

滅菌器 2件 内訳等

以下の1.本体・付属品を併せて納入すること。

平山製作所製「HA-300MIV」、アドバンテック東洋製「STS306FA」以外を納入する場合は、1.本体・付属品と同等の付属品を納入すること。

また、引取物品については2.既存引取物品を参照すること。

なお、これらに係る価格は入札金額に含むものとする。

追浜浄化センター

1.本体・付属品

品名	規格	数量	単位
滅菌器本体	平山製作所 HA-300MIV アドバンテック東洋 STS306FA	1	台
ステンレス型丸型金網カゴ(270 × 210H)		2	個
排気ボトル		1	個
排気ホース		1	個
スノコ		1	個
電源プラグ		Panasonic WF5123(125V 20A)	1

2.既存引取物品

品名	規格	数量	単位
滅菌器	平山製作所 HA-300MIV(平成10年度購入)	1	台

西浄化センター

1.本体・付属品等

品名	規格	数量	単位
滅菌器本体	平山製作所 HA-300MIV アドバンテック東洋 STS306FA	1	台
ステンレス型丸型金網カゴ(270 × 210H)		2	個
排気ボトル		1	個
排気ホース		1	個
スノコ		1	個
電源プラグ		Panasonic WF8320K(250V 20A)	1

2.既存引取物品

品名	規格	数量	単位
滅菌器	平山製作所 HA-300MIV(平成19年度購入)	1	台

滅菌器内訳2

品名	仕様	
滅菌器 本体	外寸法	440W × 520D × 1070Hmm 程度
	内寸法	300 × 670Hmm(47) 程度
	圧力容器の種類	小型圧力容器
	使用温度範囲	105 以下 ~ 123 以上 可変式
	保温温度範囲	45 以下 ~ 80 以上 可変式
	缶体材質	ステンレス
	安全・警報装置	圧力安全弁、過圧防止スイッチ、漏電ブレーカー、空焚防止装置、エラー表示
	温度計	5 以下 ~ 127 以上 (4 以下はLo表示)
	圧力計	0MPa ~ 0.4MPa以上
	安全弁動作圧力	0.157MPa 程度
電源 プラグ	追浜浄化センター	Panasonic製 WF5123(125V 20A)と同等規格品
	西浄化センター	Panasonic製 WF8320K(250V 20A 引掛3P防水仕様)と同等規格品