

< 物 件 >

遠心分離機 仕様書

1	物件名称	遠心分離機
2	品質・形状・寸法又は型式	「株式会社コクサン社製 H-80 一式」又は同等品以上の製品であること(別紙「特記仕様書」参照)。 同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	1件
5	納入期限	令和2年(2020年)12月18日
6	納入場所	横須賀市長坂2丁目2番2号 西浄化センター
7	特記事項	1 納入場所までの輸送費、据付調整費等当該製品が使用可能になるまでの全ての費用を含むこと。 2 機器の取扱説明を十分に行うこと。 3 製品の保証期間は設置後1年またはそれ以上とすること。 4 既存品(株式会社コクサン社製H-80F)を引き取ること。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市上下水道局技術部水再生課 西水質係 担当者 内藤 和則 電話 & FAX 046-857-6596

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

別紙 遠心分離機 特記仕様書

仕様書に示す「同等品」とは、「株式会社コクサン社製 H-80 」の性能に準じた表1の仕様を満たすものとする。

表1 要求仕様一覧

本体寸法(W×L×H(mm))	520×700×1,000以下であること
回転数	最高回転数が4,000rpm以上であり、100rpm単位で調整可能であること
同時使用本数	50ml遠沈管使用の場合に20本以上、100ml遠沈管使用の場合は8本以上、500ml遠沈管使用の場合に4本以上で使用できること(ローターはスイングローター)
最大遠心力	上述の使用本数で、2,000×g以上であること
タイマー機能	デジタル表示で、1から99分までの運転時間設定(1分刻み)ができること
メモリー機能	運転条件(回転数、運転時間等)のメモリーが3以上あること
密度勾配モード	加速3段階以上、減速3段階以上及び自然減速の設定が可能であること
本体重量	80Kg以下であること
電源	AC100V 50/60Hz (電源プラグの形状は既設のコンセントに接続できること)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・密度勾配モードが搭載されていること ・自己診断表示機能(アラーム機能付)が搭載されていること ・運転中のドアの開閉を防止する、セーフティロック機能が搭載されていること ・セルフバランス機能が搭載されていること ・床置き式であり、本体底部にキャスターが付いていること

2 納入の際は、表2に示す物品を付属品として併せて納入すること。この物品の価格は入札金額に含むものとする。

表2 付属品一覧

付属品一式	(1)「株式会社コクサン社製 H-80 一式」を納入する場合		
	品名	規格	数量
	スイングローター	RF-400	1
	RF-400用金属バケット	MT-150	1
	樹脂ケース (50ml×20本)	PC-400	1
	樹脂ケース (100ml×8本)	PG-400	1
	金属バケット	MK-400	1
(2)「株式会社コクサン社製 H-80 一式」以外を納入する場合 (1)に示す付属品と同等の付属品を納入すること。			