

<物 件>

ガスクロマトグラフ 仕様書

1	物件名称	ガスクロマトグラフ
2	品質・形状・寸法 又は型式	指定物品 アジレント・テクノロジー(株)8890ガスクロマトグラフシステム。詳細は別紙内訳書のとおり。
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1式
5	納入期限	令和3年3月31日まで
6	納入場所	横須賀市日の出町2丁目14番地 横須賀市健康安全科学センター 3階
7	特記事項	(1)本件には、納入場所までの運搬及び設置場所までの搬入費用、機器の据付費用を含むものとする。 (2)物件の搬入においては、建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと (3)万が一、破損等があった場合は、供給者の責任において復旧すること (4)納入時期は別途協議する (5)メーカーの保証期間が納入から最低でも1年間であること
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市健康安全科学センター 理化学検査係 鈴木 良太 TEL 046-822-4057 FAX 046-822-5540

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

## 購入物件内訳書

No.	品名	品番	数量	単位
1	ガスクロマトグラフ	下記内訳のとおり	1	式

品名	品番	数量	単位
Agilent8890GCシステム	G3540A	1	式
EPC付パッド注入口	G3540A/102	1	式
EPC付スプリット/スプリットレス注入口	G3540A/112	1	式
EPC付FID,キャピラリカラム専用	G3540A/211	1	式
オープン排気筒(306)	G3540A/306	1	式
ガスクリーンフィルターセンサーキット	G3540A/314	1	式
マイクロ電子捕獲検出器(表示付認証機器)	G3562A	1	式
7693A オートインジェクタ	G4513A	1	式
7693A 150サンプルトレイ	G4514A	1	式
1-position Connecting Unit	CP7988	1	式
ガスクリーンフィルタ,酸素	CP17970	1	式
OpenLab CDS ワークステーション	M8413AA	1	式
ドライエア発生装置	AT-20MS	1	式
ゼロエア-発生装置(1500ml/min)	GC1500	1	式
納入設置費		1	式