

<物 件>

溶存酸素計 仕様書

1	物件名称	溶存酸素計
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙仕様書のとおり
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	3式(別紙仕様書のとおり)
5	納入期限	令和3年10月15日
6	納入場所	横須賀市長坂2丁目2番2号 西浄化センター 他2箇所 〔横須賀市三春町2丁目14番地 下町浄化センター 横須賀市浦郷5丁目2931番地 追浜浄化センター〕
7	特記事項	1.納入後、設置・調整して稼働できる状態にすること。 2.機器の取り扱い説明を十分に行うこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	上下水道局技術部水再生課 内藤 TEL046-857-6596

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

「溶存酸素計」別紙仕様書

品名	溶存酸素計		
「1式」内訳		単位	数量
1	ザイレムジャパン(株)社製 (令和3年5月末まで旧社名;YSI・ナノテック(株)) 「マルチラボ4010-1W」	台	1
2	IDS BOD用蛍光式DOプローブ(スターラー付) (626500)	本	1
備考			

納入場所	単位	数量
西浄化センター	式	1
下町浄化センター	式	1
追浜浄化センター	式	1
合計	式	3