

診断用X線装置 仕様書

1	件名	診断用X線装置
2	機種名	RAD speed Pro 株式会社島津製作所
3	構成内容	別紙 構成表の通り
4	納入場所	横須賀市長坂1-3-2 横須賀市立市民病院
5	納入期限	令和3年11月30日
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none">・ 搬入にあたっては病院担当者の指示に従うこと。・ 納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。・ 納品の際に出る養生材、梱包材等は無償で持ち帰ること。・ 引き取り物品なし
7	契約方法	総価契約
8	支払方法	一括支払い
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
10	連絡先	横須賀市健康部市立病院課 松村 電話:046-822-4346

診断用X線装置 構成表

診断用X線装置 RAD speed Pro

No	品名	型番	数量
1	1. X線高電圧装置		
2	診断用X線高電圧装置	D150BC-41	1
3	スタータ	SA-42UD	1
4	撮影フットスイッチ		1
5	X線管装置	0.6/1.2P326D-150(600kHU)	1
6	2. 天井走行式X線管懸垂器(オートポジショニング仕様)		
7	天井走行式X線管懸垂器	CH-200	1
8	パワーアシスト機能(POWER GLIDE)		1
9	支柱軸回転機構		1
10	ブッキ一部連動機構(保持器側)		1
11	上下連動機構		1
12	ケーブルガイドオプション		1
13	自動可動絞リ	R-300	1
14	3. 立位・臥位撮影台		
15	X線撮影スタンド(立位撮影台)	BR-120	1
16	X線グリッド(r12、n40、f180)(立位撮影台用)		1
17	ホトタイマ受光部(立位撮影台用)	SPT-XD-A4A	1
18	X線撮影テーブル(臥位撮影台用)	BK-120	1
19	X線グリッド(r10、n40、f100)(臥位撮影台用)		1
20	ホトタイマ受光部(臥位撮影台用)	SPT-XD-A1A	1
21	ホトタイマ制御器	SPT-C42	1
22	4 特別付属品		
23	大林製作所DRホルダースタンド	Satellite	1
24	大林製作所DRホルダースタンド	PLESIO	1
25	JpiジャパンFPDホルダー(グリッド仕様40本 6:1)	PDR10	2
26	JpiジャパンFPDホルダー(グリッド仕様40本 6:1)	PDRD217	1