

遠心分離器 仕様書

1	物件名称	遠心分離器
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙購入物件詳細仕様書のとおり。
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1台
5	納入期限	令和4年2月28日
6	納入場所	横須賀市日の出町2丁目14番地 横須賀市健康安全科学センター2階
7	特記事項	<p>(1)物品の搬入はエレベータの使用が可能である。また、建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと。万が一、破損等があった場合には、供給者の責任において復旧すること。</p> <p>(2)本件には、納入場所までの運搬及び設置場所までの搬入費用、機器の据付費用を含むものとする。</p> <p>(3)納入時期は、別途協議する。</p> <p>(4)別紙購入物件詳細仕様書の仕様に基づき、参考物品として指定した物品の同等品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市健康安全科学センター 微生物・臨床検査係 古川

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。</p> <p>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

遠心分離機購入物件詳細仕様書

		条 件	
	温度設定範囲	4°Cの冷却機能から室温を保持できる機能があること また、冷媒が特定フロンでないこと	
	表示方式	デジタル表示	
	安全装置	回転数異常検出	
		温度異常検出	
		ローター判別	
		漏電防止機能	
		遠心中ドアロック	
アンバランス検出			
規格	本体外形寸法	900(W)×760(D)mmの机の上に載る寸法以内(卓上型)	
	電源	単相100V 15A以下 50Hzで動作可能なこと	
その他	メンテナンス・修理	国内対応であること	
	メーカー保証期間	納入後1年以上であること	
	ローターの取り付け	工具取り付けに工具が不要であること	
付属品	スイングロータ バケット、アクセサリ	バケットにシーリングキャップが装着できること 5～10ml採血管、15mlのコニカル管を一度に28本以上遠心できること 50mlのコニカル管を一度に12本以上遠心できること 最高回転数:4,000rpm以上【採血管】 最大遠心力:2,970×g以上 最高回転数:3,000rpm以上【コニカル管】 最大遠心力:3,000×g以上	
	アングルロータ	1.5mlもしくは2.0mlチューブを一度に30本以上遠心できること 最高回転数:14,000rpm以上 最高遠心力:20,820×g以上	

参考物品

メーカー名	久保田商事株式会社	品番	数量	
品名(本体)	テーブルトップ冷却遠心機	Model5500	1	
付属品	アングルロータ	AT-2730M	1	
	スイングロータ(バケット、シーリングキャップ付)	ST-5004M	1	
	アクセサリ	5～10ml採血管/15mlガラス管×48(4個セット)	055-0730	1
		15mlコニカル管×28(4個セット)	055-0750	1
50mlコニカル管×12(4個セット)		055-0760	1	