

マンモグラフィ読影診断装置 仕様書

1	件名	マンモグラフィ読影診断装置	
2	機種名	mammodite ネットカムシステムズ株式会社	
3	構成内容	マンモグラフィ読影診断装置 (内訳) 1 mammodite Ver1.5 サーバー兼クライアント 高性能WS Precision T7820 カラー液晶ディスプレイ S2133 4Kモニター EV2785 イメージオペレーションキーパッド X-keys XK-24 USB Keypad 無停電電源装置 SMT1500J NASバックアップシステム HDL2-AAX12W 2 mammodite Ver1.5 クライアント 高性能WS Precision T5820 カラー液晶ディスプレイ S2133 5M高精細モニター RX560 イメージオペレーションキーパッド X-keys XK-24 USB Keypad 3 コニカミノルタPlissimo Q/R接続(リモート接続) 4 GEヘルスケア マンモグラフィ装置DICOM接続	1 式 1 台 1 台 1 台 1 個 1 台 1 個 2 台 2 台 2 台 2 個 1 式 1 式
4	納入場所	横須賀市長坂1-3-2 横須賀市立市民病院	
5	納入期限	令和4年3月22日	
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 納入場所までの輸送費、取付調整費等、当該物品が正常に使用可能になるまでの一切の費用を含むこと。</li> <li>・ 引き取り物品なし</li> <li>・ 物品の運搬にあたっては、市民病院担当者の指示に従うこと。</li> <li>・ 納品の際に出る養生材、梱包材等は引き取ること。</li> </ul>	
7	契約方法	総価契約	
8	支払方法	一括払い	
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。	
10	連絡先	横須賀市健康部 市立病院課 松村 TEL 046-822-4346	