

仕様書

1	件名	回診用X線撮影装置 一式 (HCU・ICU用)		
2	機種名	富士フィルム CALNEO Go PLUS・Smart S47		
3	構成内容	富士フィルム CALNEO GO PLUS 2台		1式
		(内訳)		
		CALNEO Go Plus	CALNEO GO+	2
		ワイヤレス ハンドスイッチ PLUS	CLN GO+ REMOTE CONTROLLER	2
		Go PLUS用Bluetoothバーコードリーダーキット	CLN GO+ WIRELESS BCR RDR	2
		CALNEO Smart S47	DR-ID 1201S SE A	2
		smart用バッテリーパック	DR1200 SE BATTERY	3
		smart用ドッキングスタンド	DR-ID 1200 DS	2
		パネル ドッキングスタンド用SEアダプター	DR1200 SE-DS ADAPTER	2
		黒化处理ソフトウェア	DX CL SHUTTER-PROC SWL	2
		グリッド除去処理ソフトウェア	DX CL GPR SWL	2
		DICOM接続ソフトウェア：MWM(患者+メニュー情報)	DX CL DICOM ORDER MWM SWL	2
		Virtual Gridソフトウェア	DX CL VIRTUAL GRID SWL	2
		ダイナミック処理アップグレードソフトウェア	DX CL DYN VISUAL II UPG SWL	2
		コニカミノルタPACS接続費用		2
		富士通RIS接続・オーダー設定費		1
		線量測定		2
FPD初年度落下保障 S47		2		
オーダー調整費		2		
(以下余白)				
4	納入場所	横須賀市上町2-36 横須賀市立うわまち病院		
5	納入期限	令和4年10月31日		
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・搬入設置にあたっては病院担当者の指示に従うこと。 ・納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。 ・納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 ・引取物品無し。 		
7	契約方法	総価契約		
8	支払方法	一括払い		
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。		
10	連絡先	横須賀市民生局健康部市立病院課 大井 電話：046-822-9991		