

# 仕様書

1	件名	回診用X線撮影装置 一式(感染病棟)		
2	機種名	富士フィルム CALNEO AQRO		
3	構成内容	富士フィルム CALNEO AQRO		1式
		(内訳)		
		CALNEO AQRO	DR-XD 1000 MBL WIN10 A	1
		AQRO用バッテリー	DR-XD 1000 BATTERY	1
		AQRO用小物入れ	DR-XD 1000 ACCESSORY CASE	1
		AQRO用Bluetoothバーコードリーダーキット	CLN AQRO BT BCR KIT	1
		AQRO用ウェットティッシュホルダ	DR-XD 1000 WET TISSUE HOLDER	1
		AQRO用X線防護エプロンハンガー	DR-XD 1000 APRON HANGER	1
		AQRO用モニターカバー	MONITOR COVER FOR AQRO	1
		無線LANアダプター 5.2GHz	WN-AC433UK	1
		CALNEO Smart S47	DR-ID 1201S SE A	1
		smart用バッテリーパック	DR1200 SE BATTERY	1
		黒化处理ソフトウェア	DX CL SHUTTER-PROC SWL	1
		グリッド除去処理ソフトウェア	DX CL GPR SWL	1
		DICOM接続ソフトウェア：MWM(患者+メニュー情報)	DX CL DICOM ORDER MWM SWL	1
		MFP/ダイナミック処理ソフトウェア	DX CL DYN VISUAL II SWL	1
		コニカミノルタPACS接続費用		1
		富士通RIS接続・オーダー設定費		1
		線量測定		1
		オーダーリング調整費用		1
初年度落下保障		1		
(以下余白)				
4	納入場所	横須賀市上町2-36 横須賀市立うわまち病院		
5	納入期限	令和4年10月31日		
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入設置にあたっては病院担当者の指示に従うこと。</li> <li>・納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。</li> <li>・納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。</li> <li>・引取物品無し。</li> </ul>		
7	契約方法	総価契約		
8	支払方法	一括払い		
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。		
10	連絡先	横須賀市民生局健康部市立病院課 大井 電話：046-822-9991		