

超音波ピペット洗浄機 仕様書

1	物件名称	超音波ピペット洗浄機
2	品質・形状・寸法又は型式	シャープ(株)製「UT-55 Type S」一式、または同等品以上の製品であり、かつ特記仕様書の条件を満たすもの。 同等品での納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数量 (単価契約の場合は予定数量)	3式
5	納入期限	令和5年2月24日(金)
6	納入場所	横須賀市三春町2-1 下町浄化センター他1か所 〔 横須賀市三春町2-1 下町浄化センター 横須賀市浦郷町5-2931 追浜浄化センター 〕
7	特記事項	・納入場所までの輸送費、据付調整費等当該製品が使用可能になるまでの全ての費用を含むこと。 ・機器の取扱説明を十分に行うこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	上下水道局技術部水再生課 追浜水質係 貞野 TEL 046(865)3321

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

## 別紙 超音波ペット洗浄機 特記仕様書

1 仕様書に示す「同等品」とは、シャープ㈱製「超音波ペット洗浄機 UT-55 Type S」一式の性能に準じた表-1の仕様を満たすものとする。

表-1 本体仕様

本体寸法(幅×奥行×高さ(mm))	400×420×850以下であること。
槽内寸法間口(内径×深さ(mm))	180×680以下であること。
重量(バスケット含む)	25kg以下であること。
電源	AC100V 50/60Hz(電源プラグの形状は既設のコンセントに接続できること。)
槽材質	ポリ塩化ビニル製
槽容量	10L以上であること。
洗浄液	中性洗浄剤、弱アルカリ洗浄剤、弱酸性洗浄液を用いることができること。
超音波振動子	28kHz(ボルト締め振動子)
高周波出力	最大55W、28kHz
排水	サイフォン式
付属品	バスケット、給水ホース、排水ホース、手押ポンプ、アルカリ性洗剤各1個

## 2 内訳

	数量
下町浄化センター	1式
追浜浄化センター	2式