

固相抽出装置 仕様書

1	物件名称	固相抽出装置
2	品質・形状・寸法 又は型式	「ジーエルサイエンス株式会社製 固相抽出装置アクアローダーツインAL898P(T)」 又は、「日本ウォーターズ製Sep-Pak コンセントレータ UniD SPC20-PD」の性能 に準じた、別紙「固相抽出装置 特記仕様書」を満たすもの(同等品を含む)。 同等品で納品を希望する場合は、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を 明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承 認を得ること。承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。 * 当該物品の製造(販売)元及び品番 * 当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	固相抽出装置 1式 (内訳 特記仕様書参照)
5	納入期限	令和5年3月15日(水)
6	納入場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地 逸見総合管理センター2F
7	特記事項	(1)納入場所までの輸送費、据付調整費等、当該製品が使用可能状態となるまで に必要な一切の費用を含むこと。 (2)装置納入後、設置機器を用いた操作説明会を実施すること。 (3)装置について、保証期間が納入後1年以上あること。 詳細は別紙1特記仕様書を参照のこと。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	上下水道局技術部浄水課 水質検査係 担当者 高嶋 紳吾 電話046-822-7898 FAX046-822-7894

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物品 指定の有無	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)
1	固相抽出装置	仕様書のとおり	無	式	1		

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

固相抽出装置 特記仕様書

1. 数量

固相抽出装置 1式

2. 納入場所

横須賀市西逸見町2丁目10番地 逸見総合管理センター2F

3. 納入期限

令和5年3月15日(水)

4. 必要とする仕様

- (1) ダブルシリンジによる連続送液方式であること。
- (2) 設定流量範囲 1～50mL/min
- (3) 流量正確さ ±2%以内
- (4) 使用温度範囲 10～35℃
- (5) 時間設定 1分～999分
- (6) 送液ユニット1台当たり2検体送液できること。
- (7) 1台のコントローラーで5台以上(10検体以上)同時に送液可能であること
- (8) 2以上の送液メソッドが可能であるシステム
- (9) 全ての装置が100Vの電源で動作すること。
- (10) シリンジ型・コマ型等の市販されている固相カラムが使用可能であること。
- (11) フッ素系化合物非接触機構を有すること。

5. その他

- (1) 装置本体は、排気用ダクトホースにより既存の局所排気装置に接続すること。
- (2) 納入時に性能確認試験の実施及びその報告書を提出すること。
- (3) 装置納入後、設置した装置を用いた操作説明会を実施すること。
- (4) 説明用資料を2部以上用意すること。
- (5) 装置本体について、保証期間が納入後1年以上あること。
- (6) 装置本体は、100V15Aの電源で動作すること。
- (7) 本仕様書に明記のない事項又は疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定する。

参考型式

1) ジーエルサイエンス

アクアローダー本体 AL898P(T)	10
アクアローダー本体コントローラー12台用	1
アクアローダー用脱水キット	10
圧力調整器ユニット	2
窒素パージマニホールドユニット	2
サンプルチューブホルダー6個入	4
PTFEチューブ3.0×2.0×10m	5
PFAS抽出用吸引送液キット AL898用	20
配管部品	1
その他装置の稼働に必要な付属品	-

2) 日本ウォーターズ

Sep Pak濃縮レーターUniD 本体 SPC20D-PD	10
Sep Pak濃縮レーターUniD用水系ブラケットSPC20D-WB	10
テフロンチューブ(1.5ID×2.5OD/10m)	2
Sep-Pakコネクションキット	10
Sep-Pak濃縮レーターUni乾燥ユニット SPC20-D	10
逆支弁付チューブコネクタ SPC-20PD用	10
PEチューブ(1.5ID×2.5OD/10m) (PFOS/A)	1
フイーメール(1.5X2.5mmPEチューブ用) (PFOS/A)	10
その他装置の稼働に必要な付属品	-