

## 多用途透析用監視装置 仕様書

1	件名	多用途透析用監視装置			
2	機種名	DCS-200Si 日機装株式会社			
3	構成内容	(品名)	(規格)	(数量)	(単位)
		多用途透析用監視装置	DCS-200Si	6	式
		(内訳)			
		多用途透析用監視装置	DCS-200Si	6	式
		D-FAS/AV連結式			
		RWF			
		ルアーロック		6	式
		補液ポンプ		6	式
		推定血流量モニタ		6	式
		血液量モニター(BV計)		6	式
		ダブル微粒子濾過フィルター		6	式
		吸光度センサー(透析量モニター)		6	式
		排液ポート		6	式
		透析液ポートCタイプ		6	式
		加圧測定方式血圧計		6	式
		ダイアライザーホルダ	DLC-05	6	式
		ナースコール		6	式
		余液受	DLG-01	6	式
		試運転調整費			
4	納入場所	横須賀市長坂1丁目3番2号 横須賀市立市民病院			
5	納入期限	令和5年12月28日			
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 搬入にあたっては病院担当者の指示に従うこと。</li> <li>・ 納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。</li> <li>・ 納品の際に出る養生材、梱包材等は無償で持ち帰ること。</li> <li>・ 引き取り物品なし</li> </ul>			
7	契約方法	総価契約			
8	支払方法	一括払い			
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。			
10	連絡先	横須賀市健康部 市立病院課 松村 電話:046-822-4346			