

ふ卵器 仕様書

1	物件名称	ふ卵器
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙購入物件詳細仕様書のとおり。
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1台
5	納入期限	令和6年3月31日
6	納入場所	横須賀市日の出町2丁目14番地 横須賀市健康安全科学センター2階
7	特記事項	<p>(1) 物品の搬入はエレベータの使用が可能である。また、建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと。万が一、破損等があった場合には、供給者の責任において復旧すること。</p> <p>(2) 本件には、納入場所までの運搬及び設置場所までの搬入費用、機器の据付費用及び旧製品(ヤマト科学:IS900)の施設内指定箇所への移動費用を含むものとする。</p> <p>(3) 納入時期は、別途協議する。</p> <p>(4) 別紙購入物件詳細仕様書の仕様に基づき、参考物品として指定した物品の同等品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市健康安全科学センター 微生物・臨床検査係 片倉 TEL 046-822-4057

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。</p> <p>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

ふ卵器 購入物件詳細仕様書

		条 件
性能等	加温方式	エアジャケット自然対流
	温度制御範囲	室温 +5°C~60°Cの範囲を設定できること
	温度調整精度	設定温度を37°Cにした時、±1.0°C (JIS) 以内で調整できること
	温度表示	デジタル式であること
	付加機能	停電時復帰時に、元の設定温度に自動的に復帰すること
規格	外寸法	幅 1300mm以下、奥行 660mm以下、高さ 1800mm以下あり、上部が平坦で突起物等がないこと
	内寸法	奥行 500mm以上、高さ 900mm以上であること
	有効内容積	550L以上確保できること
	棚板寸法	400×465mm以上であること
	棚板取付可能段数	上記寸法の棚板が2列に収納でき、1列に20段以上設置できること
	電源	単相100V 15A以下 50Hzで動作可能なこと
	電源コード	プラグ付き電源コードの長さが2m以上あること
その他	メンテナンス・修理	国内対応であること
	メーカー保証期間	納入後1年以上であること
	付属品	棚板及びその固定部品が、8枚分以上付属していること

参考物品

メーカー名	品名(本体)	型式(商品コード)	数量
ヤマト科学株式会社	恒温器	IS902 (212558)	1