

冷凍庫 仕様書

1	物件名称	冷凍庫
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙購入物件詳細仕様書のとおり。
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合 は予定数量)	1台
5	納入期限	令和6年3月31日
6	納入場所	横須賀市日の出町2丁目14番地 横須賀市健康安全科学センター2階
7	特記事項	<p>(1)物品の搬入はエレベータの使用が可能である。また、建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと。万が一、破損等があった場合には、供給者の責任において復旧すること。</p> <p>(2)本件には、納入場所までの運搬及び設置場所までの搬入費用、機器の据付費用及び旧製品の施設内指定箇所への移動費用を含むものとする。 旧製品型番 MDF-U384(三洋電機)</p> <p>(3)納入時期は、別途協議する。</p> <p>(4)別紙購入物件詳細仕様書の仕様に基づき、参考物品として指定した物品の同等品を納品しようとするときは、質問書送付マニュアルに沿って、下記の項目を明示した質問書を作成し、質問書締切日時までに電子入札システムで送付して承認を得ること。承認されない場合は、参考物品以外での納品はできない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該物品の製造先及び品番 ・当該物品のカタログ等の写し(仕様が明示された箇所のみ)
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市健康安全科学センター 微生物・臨床検査係 古川 TEL 046-822-4057

指示事項

グリーン物品	<p>上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。</p> <p>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。</p>
--------	--

冷凍庫購入物件詳細仕様書

		条 件
	温度設定範囲	-85℃～-50℃の冷却機能があり、冷却状態を保持できる機能があること また、冷媒がフロン、代替フロンでないこと
	表示方式	デジタル表示
	安全装置	停電時に異常警報があること
		設定温度逸脱時に異常警報があること
		外付けで鍵を取り付けられること
規格	本体外形寸法	750(W)×875(D)×1990(H)mm寸法以内であり、縦型タイプであること
	有効内容積	300L確保できること
	扉	外扉と内扉があること
	電源	単相100V 15A以下 50Hzで動作可能なこと
その他	メンテナンス・修理	国内対応であること
	メーカー保証期間	納入後1年以上であること
	貯蔵ラック	139(W)×559(D)×225(H)mmと139(W)×559(D)×281(H)mmの貯蔵ラック(各6)を使用できること

参考物品

メーカー名	PHC株式会社	品番	数量
品名(本体)	ノンフロン超低温フリーザー	MDF-DU300H-PJ	1