

仕様書

1	件名	CT装置	
2	機種名	GEヘルスケア・ジャパン株式会社 Revolution Apex Core	
3	構成内容	Revolution Apex Core	1式
		(内訳)	
		Revolution Apex Core (200kVA)	1
		2000テーブル	1
		Revolution CT/Apex ロングケーブル	1
		OCモニタ	1
		Revolution CT/Apex キーボード&日本語注意ラベルキット	1
		テーブル内蔵型心電トリガー用アクセサリ (2000用)	1
		SmartPhase	1
		スマートステップw/モニタ・アーム	1
		GSI Xtream オプション	1
		GSI Neuro for Apex	1
		HyperDrive	1
		Smart MAR	1
		DLIR for GSI	1
		VesseliQ Xpress and Autobone	1
		インジェクター同期オプション (Class4)	1
		インジェクタインターフェースキット (根本製インジェクタ用)	1
		Auto Positioning kit (DLカメラ)	1
		DLカメラ設置用エクステンダー	1
		コロナルヘッドホルダー	1
		標準OCデスク	1
		オペレータ用ツール	1
		UPS option	1
		Revolution CT/Apex 耐震キット	1
		Table Paper Dispenser for Apex	1
		サービスマンテナンスキー (保証期間用)	1
		テーブル内蔵型心電トリガー	1
		Revolution CTシリーズ クレードル用スリッカー	1
		Revolution CTシリーズ フットペダル用スリッカー	1
		Main Disconnect Panel (200kVA用)	1
		外付けUSBハードディスクドライブ (2TB 暗号化ストレージ)	1
		Revolution CT/Apex 標準付属品	1
		患者監視モニタ (液晶15インチ型)	1
		Revolution Apex Core 製品パネル	1
		搬入・据付・調整費	1
		CT機器導入時トレーニング4日	1
		AdvantageWorkstation VolumeShare7 XT	1
		Integrated Registration	1
		Perfusion 4D Complete	1
		GSI Viewer 3D	1
		CardIQ Xpress2.0 DL&Function Xpress	1
		SnapShot Freeze2.0	1

		GSI Pulmonary Perfusion		1
		VMAS for SnapShot Freeze2.0		1
		デスクセット（奥行き650mm）		1
		AW機器導入時トレーニング1日		1
		アドバンテージネットワーク接続7台以下（検収後2年間有効）		1
		ADVANTAGE NW RIS接続作業（検収後2年間有効）		1
		作業費（GE製品⇒PACSへの線量情報設定）		1
		杏林システムック製炭酸ガス注入装置	KSC-130	1
		高調波対策		1
		同時曝射防止回路構築 （以下余白）		1
4	納入場所	横須賀市神明町1番8 横須賀市立総合医療センター		
5	納入期限	令和7年2月28日		
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・搬入設置にあたっては病院担当者の指示に従うこと。 ・納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。 ・納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 ・納入予定物件が契約後納入までにバージョンアップが行われた場合は市と協議の上、同等以上のものを納入すること。 ・引取物品無し。 		
7	契約方法	総価契約		
8	支払方法	一括払い		
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。		
10	連絡先	横須賀市民生局健康部市立病院課 大井 電話：046-822-9991		