

仕様書

| | | | | |
|--------------------------|---------|--|--------------|----|
| 1 | 件名 | 血管撮影装置（シングルプレーン） | | |
| 2 | 機種名 | 血管撮影システム Trinias C12s | | |
| 3 | 構成内容 | 血管撮影システム | Trinias C12s | 一式 |
| | | (内訳) | | |
| | | Trinias C12s with SCORE Opera | | 1 |
| | | X線高電圧装置 | D150GC-40 | 1 |
| | | 天井走行型Cアーム型保持装置, MH-500 | | 1 |
| | | コリメータ、面積線量計 | | |
| | | Cアームコントロールモジュール | | |
| | | コリメータコントロールモジュール | | |
| | | 12×12インチFPD（16bit, 電磁シールド付） | | 1 |
| | | X線管球 | LX-6311 | 1 |
| | | デジタルシステム, DAR-9500f | | 1 |
| | | キーボード、マウス、インターホン | | |
| | | 主要機能 | | |
| | | 画像処理エンジン SCORE Opera | | |
| | | 透視・撮影機能1 DA、DSA | | |
| | | DICOM機能1 Storage, MWM, RDSR | | |
| | | 検査室用デジタルコントロールモジュール | | |
| | | SMART Touch（SETキーモジュール） | | |
| | | SMART Dial モジュール | | |
| | | 循環器用検診台, KS-70 | | |
| 統合モニター, SMART Display 58 | | 1 | | |
| モニター懸垂器, SMART Display | | 1 | | |
| SCOREワークステーション | | 1 | | |
| 多関節無鉛防護シート | | 1 | | |
| MAVIG製防護版＋専用アーム | OT50001 | 1 | | |
| 天吊り式无影灯 | CV03GV | 1 | | |
| ※天井内架台を含む (以下余白) | | | | |
| 4 | 納入場所 | 横須賀市神明町1番8 横須賀市立総合医療センター | | |
| 5 | 納入期限 | 天井内架台 令和6年5月31日 / 医療機器本体 令和7年2月28日 | | |
| 6 | 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・搬入設置にあたっては病院担当者の指示に従うこと。 ・納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。 ・令和6年5月に天井内架台を設置すること。なお、新病院建設工事会社と協議調整の上実施すること。 ・納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 ・引取物品無し。 ・納入予定物件が、契約後納入までにバージョンアップが行われた場合は、市と協議の上、同等以上のものを納入すること。 | | |
| | | | | |
| 7 | 契約方法 | 総価契約 | | |
| 8 | 支払方法 | 一括払い | | |
| 9 | その他事項 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 | | |
| 10 | 連絡先 | 横須賀市民生局健康部市立病院課 大井 電話：046-822-9991 | | |