

仕様書

1	件名	医療用RO水製造システム 他一件	
2	機種名	三菱ケミカルアクア・ソリューションズ (株) 医療用RO水製造システム/サクラ精機 (株) 中央材料室機器	
3	構成内容	医療用RO水製造システム及び中央材料室機器	1式
		(内訳)	
		医療用RO水製造システム (三菱ケミカルアクア・ソリューションズ (株))	1式
		中材/個別透析用RO装置	MRC-R0-SSXnano8Ao-HR
		能力: 800L/Hat25°C	
		原水ポンプ	1
		活性炭ろ過器 (40L)	1
		チェックフィルタ	1
		NFポンプ	1
		NF膜ユニット	1
		ROポンプ	1
		RO膜ユニット	1
		定流量弁	1
		ROタンク 1 (300L/個人透析用)	1
		ROタンク 2 (1000L/中材用)	1
		UV殺菌灯 (浸漬型)	2
		レベルスイッチ	2
		エアフィルタ	3
		供給ポンプ 1 (個人透析用)	1
		供給ポンプ 2 (中材用)	2
		RO水加温ヒータ (熱水消毒対応)	1
		再循環ポンプ	1
		UFフィルタ (個人透析用)	1
		制御盤 (タッチパネル含)	1
		設置調整費	1
		輸送・梱包費	1
		試運転調整費	1
		個別透析用バルブシステム	1式
		電磁弁バルブユニット (専用ステンレスカプラー付)	24
		設置調整費	1
		送水先: 3F/ICU8・EICU4・EHCU2・SCU1・ME室5、5F/1床室4 計24カ所	
		中央材料室機器 (サクラ精機 (株))	
システムシンク	1式		
2槽式システムシンク	1		
外寸 W)1,500 × H)H950+500 × D)700mm			
槽内 W)600 × H)H300 × D)500mm			
※ エアーガン、コンプレッサー、ウォーターガン付			
ダヴィンチ器材対応2槽式システムシンク	1		
外寸 W)1,800 × H)H950+500 × D)700mm			
槽内 W)800 × H)H300 × D)500mm			
※ エアーガン、コンプレッサー、ウォーターガン付			
※ ダヴィンチ用洗浄ホースバルブ			

		※ 水圧計、排水バルブ付 運搬搬入費（大阪～神奈川） 2次側設置費		1 1
		カセット式卓上型高圧蒸気滅菌装置 ステイティム5000G4 ※ 本体 × 1台、標準カセット × 1台付属	G4-221005	1式 1
		自動ジェット式超音波洗浄装置 サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置 本体 × 1台、4段フリーラック × 2台 運転記録用プリンター × 1台、ラパロ鉗子ホルダー × 1個 専用台車 × 2台、器具用バスケット × 15枚 ダヴィンチXi用ホルダー 装置運搬・搬入・据付・試運転費	HWD-360D HWD-DAX-1	1式 1 1 1
		高圧蒸気滅菌装置（フロアローディングタイプ） 高圧蒸気滅菌装置（両扉） 缶体内寸法 W)660 × H)1450 × D)1200mm ※本体 × 2台、フロアカート × 4台 装置運搬・搬入・据付・試運転費	VSCR-G12WNR	2台 2 2
		高圧蒸気滅菌装置（電気ボイラー内蔵） サクラ 高圧蒸気滅菌装置（両扉） 缶体内寸法 W)660 × H)660 × D)1200mm ※ 本体 × 1台、棚枠車 × 1台、運搬車 × 2台 装置運搬・搬入・据付・試運転費 (以下余白)	FDV-M12W	1式 1 1
4	納入場所	横須賀市神明町1番8 横須賀市立総合医療センター		
5	納入期限	令和7年2月28日		
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> 搬入設置にあたっては病院担当者の指示に従うこと。 納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。 納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 引取物品無し。 納入予定物件が、契約後納入までにバージョンアップが行われた場合は、市と協議の上、同等以上のものを納入すること。 		
7	契約方法	総価契約		
8	支払方法	一括払い		
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。		
10	連絡先	横須賀市民生局健康部市立病院課 大井 電話：046-822-9991		