

仕様書

1	件名	デジタル式X線透視診断装置		
2	機種名	キヤノンメディカルシステムズ株式会社 多目的デジタルX線TVシステム Ultimax-i		
3	構成内容	多目的デジタルX線TVシステム	Ultimax-i	1式
		(内訳)		
		多目的デジタルX線TVシステム	DREX-UI80/07	1
		透視撮影台	MFX-8000A	(1)
		X線平面検出器搭載キット	MFXK-FPD	(1)
		散乱線除去グリッド取付キット	MFXK-TSFRG	(1)
		遠隔操作卓 (ハイコンタイプ)	DCC-05A	(1)
		X線高電圧装置 (80kWタイプ)	KXO-80Z/U1	(1)
		グリッド制御ユニット (LM管用)	XKGC-80Z/U2	(1)
		LM管組合せキット	XKLM-80Z	(1)
		トリプル焦点制御ユニット (G14345, LM管用)	XKTR-80XM	(1)
		医用X線管装置 (LM管)	DSRX-T7545GF	(1)
		高圧ケーブル (トリプル焦点管組合せ用)	HCM-150CCS/20	(1)
		FPD1717	TFP-1700A	(1)
		画像処理装置	HDR-08A/P7	(1)
		システムモニタ (カラーLCD)	CDL2013A-1A	(1)
		透視モニタ (モノクロLCD)	ML19193	(1)
		X線可動絞り	BLF-600B	(1)
		近接操作卓 (ハイコンタイプ)	LCF-30L	(1)
		圧迫筒ユニット	MFXK-CMP	(1)
		遠隔操作卓用フットスイッチ	FSW-20F	(1)
		ロングハンドグリップ	MFXK-HGL	(1)
		近接操作卓用キーパッド	HDRK-KEY	(1)
		SNRFキット	NSP-100A	(1)
		サブデスク (高さ68cm)	DSK-160F	(1)
		透視デジタ補償フィルタ	HDRK-FDCF	(1)
		面積線量計キット	DIAMENTOR M4-KDK	(1)
		線量データ送信キット	HDRK-DAP	(1)
		膝受け台	XBUM-KNEE	1
		フラットマット	XBUZ-FLMAT	1
		三角マット	XBUM-TRMAT	1
		ドレンバック取付金具	XBUM-DRBAG	1
		膀胱鏡ホルダ	XBUM-HOLDER	1
アクセサリ取付金具	XBUM-PLATE	1		
テーブルサイドコンソール	MFXK-TSC	1		
アドバンスドアンギオパッケージ	HDRK-ANG2	1		
MWM, MPPSサービス機能	HDRK-MPPS	1		
スキャンコンバータ	EVS-710	2		
両腕腕置台 (おたまじゃくしタイプ)	XBAR-001A	1		
患者固定バンド	MDXK-BND	1		
幅広ハンドグリップ	MFXK-HGLW	1		
ミエロ用肩パット	MDXK-MYEL	1		

		X線防護垂れ取付金具	MDXK-XSP	1
		心臓マッサージ補助具	MFXK-CPR	1
		フットスイッチ	FSW-20FT	1
		テーブルマット	MFXK-MAT30	1
		検査室用マイクロホンキット	MFXK-MIC	1
		モノクロLCDモニタ	ML19193	1
		メディカルビデオレコーダー	UR-4MD-C	1
		防護クロス（撮影台取付型）	SA-35	1
		55インチ大画面モニタ		1
		大画面モニタ用分配器・ケーブル各種		1
		天井走行式モニタ懸垂器		1
		天井架台		1
		エポキシ		1
		線量測定・書類作成 （以下余白）		1
4	納入場所	横須賀市神明町1番8 横須賀市立総合医療センター		
5	納入期限	天井内架台 令和6年5月31日 / 医療機器本体 令和7年2月28日		
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・搬入設置にあたっては病院担当者の指示に従うこと。 ・納入場所までの輸送費、据え付け調整費等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の費用を含むこと。 ・令和6年5月に天井内架台を設置すること。なお、新病院建設工事会社と協議調整の上実施すること。 ・納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 ・引取物品無し。 ・納入予定物件が、契約後納入までにバージョンアップが行われた場合は、市と協議の上、同等以上のものを納入すること。 		
7	契約方法	総価契約		
8	支払方法	一括払い		
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。		
10	連絡先	横須賀市民生局健康部市立病院課 大井 電話：046-822-9991		