

<一般委託>

安全キャビネット点検業務委託 仕様書

安全キャビネット点検業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	本業務委託は、安全キャビネットの性能を維持し安全に使用するために行うものである。
2	履行期間	契約の日から令和5年1月31日(火)
3	施行場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地ほか1か所
4	業務内容	安全キャビネット点検
5	特記事項	特記仕様書のとおり
6	関係法規	特になし
7	資格要件	特になし
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員 連絡先	(逸見総合管理センター)横須賀市上下水道局 技術部 浄水課 水質検査係 中嶋 京介 TEL 046-822-7898 (有馬浄水場)横須賀市上下水道局 技術部 浄水課 有馬水質係 最上 由香子 TEL 046-238-1900

<指示又は希望事項>

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	<ul style="list-style-type: none"> ・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照) ・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いいたします。
----------------------------------	---

安全キャビネット点検業務委託特記仕様書

1 一般事項

- (1) 本仕様書は、横須賀市上下水道局逸見総合管理センター及び有馬浄水場に設置されている安全キャビネットの保守点検に関し適用する。
- (2) この保守点検業務は、上記安全キャビネットの性能を維持することを目的とする。
- (3) 契約に関しては、上下水道局契約規程に基づくこと。

2 点検場所

逸見総合管理センター	横須賀市西逸見町2丁目10番地
有馬浄水場	海老名市中河内1767番地

3 点検機器

- (1) 逸見総合管理センター
日立産機システム(株) 安全キャビネット
SCV-1307ECⅡAB3 型 (製造番号: G143282001) 1台
- (2) 有馬浄水場
日立アプライアンス(株) 安全キャビネット
SCV-1306ECⅡAB 型 (製造番号: G778114001) 1台

4 点検内容

- (1) 以下の項目について点検を実施すること。
 - ・外観構造検査
 - ・絶縁性能試験
 - ・運転試験
 - ・塵埃リーク試験
 - ・清浄度試験
 - ・風速風量試験
 - ・紫外線強度試験
 - ・ガスバーナー点火確認
 - ・その他必要事項
- (2) 以下の部品を交換すること。
 - ・給気用 HEPA フィルタ
 - ・排気用 HEPA フィルタ
 - ・コンストンバネ
 - ・ガスホース
 - ・ガスバーナー用乾電池
- (3) 上記(1)、(2)の作業に伴い滅菌が必要な場合は、事前に滅菌を行うこと。

5 履行期間

契約の日から令和5年1月31日までとする。

6 その他

- (1) 詳細な点検項目及び日程等については、事前に監督員と協議すること。
- (2) 作業日程表（任意様式）と作業員名簿（任意様式）を、作業着手前に1部提出すること。
- (3) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度上下水道局と受託者が協議して決定する。
- (4) 点検報告書(書式は任意で可)を提出すること。

7 連絡先

(1) 逸見総合管理センター

横須賀市上下水道局 技術部 浄水課 水質検査係 中嶋 京介
電話 046-822-7898 FAX 046-822-7894

(2) 有馬浄水場

横須賀市上下水道局 技術部 浄水課 有馬水質係 最上 由香子
電話 046-238-1900 FAX 046-238-1927